PROGRAMME NATIONAL
DE DÉPISTAGE NÉONATAL
Centre national de coordination

ARBRE DECISIONNEL DU DEPISTAGE DE L'HYPOTHYROIDIE CONGENITALE



Définition des seuils pour le dépistage

Seuil 1 = Seuil de retest (interne au laboratoire) : déclenche l'action de retest en double

12mUI/L (GSP)
15mUI/L (AUTODELFIA)

Seuil 2 = Seuil d'action : déclenche le signalement au médecin référent.

17mUI/L (GSP)
20mUI/L (AUTODELFIA)

Centre National de Coordination du Dépistage Néonatal
CNCDN
Hôpital Bretonneau – 2, boulevard Tonnellé – 37044 Tours Cedex 9
Secretariat.cncdn@chu-tours.fr
Tél. : 02.47.47.80.97 – Fax : 02.34.38.95.89